

Recebemos o seguinte pedido de esclarecimento:

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referente aos itens abaixo.

Lote	Item	SKU	Observações
	46	Esclarecimento	O Catálogo de referência diverge do descritivo,, não temos o clone TU66, porém atendemos ao catálogo MA181277. Atende à necessidade?
	51	Esclarecimento	Verificar se pode ter havido engano na descrição do clone. Temos o clone DC10, caso atenda à necessidade;O anticorpo deve ser reativo para qual espécie?
	52	Esclarecimento	O anticorpo deve ser reativo para qual espécie?
	197	Esclarecimento	É necessário reagente exclusivo para desparafinização?
	243	Esclarecimento	Existe a possibilidade de aceitarem sem o tampão B6 de ligação?
	269	Esclarecimento	Nosso meio não contém bicarbonato de sódio como no descritivo, Há possibilidade de atender sem o composto?
	293	Esclarecimento	Nossa formulação diverge pontualmente em dois componentes: EDTA 0,38 g/L e ausência de garamicina. Atende à necessidade?

## RESPOSTA

Informamos que para os itens 46, 51, 52, 197, 243, 269 e 293 deve-se seguir as características técnicas solicitadas nas especificações dos itens. Se a empresa entender que possa ter havido omissão de informação pode ofertar o produto que julgar mais conveniente. A empresa encaminhe proposta dos produtos que julgarem mais conveniente e, no momento do certame, a equipe técnica fará a análise da mesma, verificando se o produto atende ou não as especificações.